



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 0313



Ди
По
Ра
Ти
ба
Те
ра
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ TESTO 312-2

Манометр testo 312-2, одобренный по стандартам DVGW и соответствующий требованиям TRGI, измеряет давление в диапазоне от 0 до 200 гПа, а также с разрешением 0.01 мбар в диапазоне от 0 до 40 мбар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 312-2

| Параметр | Значение | |
|--------------------------|--|---|
| Диапазон измерения | -40 ... +40 гПа | -200 ... +200 гПа |
| Погрешность ± 1 цифра | ±0,03 гПа (0 ... +3 гПа) ±1,5 % от изм.зн. (+3 ... +40 гПа) | ±0,5 гПа (0 ... +50 гПа) ±1,5 % от изм.зн. >50 гПа |
| Разрешение | 0,01 гПа | 0,1 гПа |
| Перегрузка | ±1000 гПа | |
| Температура хранения | -20°C ... +60°C | |
| Рабочая температура | +5°C ... +45°C | |
| Тип батареи | 9В, блочная | |
| Материал корпуса | ABS | |
| Дисплей | LCD, 2-строчный | |
| Другие характеристики | Переключаемый диапазон измерения от ±40 гПа до ±200 гПа Устанавливаемый шаг: 0,01 гПа или 5 гПа | |
| Сигнальные значения | -0,04 гПа или 100 гПа | |
| Сигнал тревоги | Акустический и визуальный сигнал дисплея, при превышении предельных значений | |
| Размеры | 215 x 68 x 47 мм | |
| Вес | 300 г | |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 312-2

| № | Наименование |
|----|-----------------------------|
| 1. | Testo 312-2 |
| 2. | чехол |
| 3. | руководство по эксплуатации |