



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43433001



Ра
На
То
На
В
То
Ре
на
Пу
на
Пи

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4330:

- Четыре 3-х разрядных LED дисплей;
- Защита от перегрузки по переменному току;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Обеспечивается монтаж в стойку (19" 3U) или настольное исполнение;
- Вентилятор с интеллектуальным управлением.

Характеристики Aktakom APS-4330

Параметр		Значения
Параметры канала DC		
Постоянное напряжение		0...30 В
Постоянный ток		0...30 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В
Разрешение	по току	0,1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в режиме стабилизации напряжения		$\pm(0,3\%U_{уст}+5 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения в режиме стабилизации тока		$\pm(0,2\%I_{уст}+5 \text{ мА})$
Нестабильность выходного напряжения при изменениях напряжения в сети питания на 10% от номинального значения		$\pm(0,06\%U_{уст}+3 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения		$\pm(0,2\%I_{уст}+3 \text{ мА})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		$\pm(1\%U_{уст}+0,2 \text{ В})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		$\pm(1\%I_{уст}+0,2 \text{ А})$
Пulsации	по напряжению	<50 мВсз
	по току	<50 мАсз
Параметры канала AC		
Переменное напряжение		0...30 В
Переменный ток		0...30 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В
	по току	0,1 А
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		$\pm(1\%U_{уст}+0,2 \text{ В})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		$\pm(1\%I_{уст}+0,2 \text{ А})$
Питания		сеть переменного тока напряжением 230 В $\pm 10\%$ частотой (50 ± 2) Гц/(60 ± 2) Гц
Габаритные размеры		под стандартную 19" 3U стойку, 420x480x135 мм
Масса		22 кг

Комплектация Aktakom APS-4330

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-4330	1
2.	Кабель питания	1
3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83