



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Цельный прибор  
**ия E3632A**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

## ОПИСАНИЕ

### Выходные параметры

Диапазон 1: напряжение от 0 до 15 В, ток от 0 до 7 А

Диапазон 2: напряжение от 0 до 30 В, ток от 0 до 4 А

- Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)
- Напряжение: 0,05% + 10 мВ
- Ток: 0,2% + 10 мА
- Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)
- Напряжение помехи нормального вида: не более 2 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ)
- Ток помехи нормального вида: не более 2 мА (СКЗ)
- Ток помехи общего вида: не более 1,5 мкА (СКЗ)
- Погрешность измерения (при 25°C ±5°C)
- Напряжение: 0,05% + 5 мВ
- Ток: 0,15% + 5 мА

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**