



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: 0628 0024

## для определения значения aw (активность воды)



Ди  
изи  
  
По

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ AW (АКТИВНОСТЬ ВОДЫ)

- герметичный прецизионный зонд влажности с сертификатом
- камера для замеров
- 5 резервуаров для образцов (пластиковые)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	-20 °C — +70 °C
Погрешность	±0,4 °C (-10 °C — +50 °C) ±0,5 °C (в ост. диапазоне)
<b>Емкостный сенсор влажности</b>	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ 0 ... +1
Погрешность	±1 % ОВ (+10 ... +90 % ОВ) ±2 % ОВ (0 ... +10 % ОВ) ±2 % ОВ (+90 ... +100 % ОВ) ±0,01 (+0,1 ... +0,9) ±0,02 (+0,9 ... +1)

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83