



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

и-04

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ба
Со



Описание Termex БНТИ-05-04

Жидкостная баня БНТИ-05-04 предназначена для поддержания заданной температуры при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116, ГОСТ 20287, EN 23015, ГОСТ 18995.5.

БНТИ-05-04 имеет 4 рабочие ванны, каждая снабжена независимым регулятором температуры, что позволяет проводить анализы при различных температурах одновременно.

| Технические характеристики | |
|--|----------------|
| Диапазон регулирования температуры | -70...0 °C |
| Нестабильность поддержания установленной температуры | ±0.5 °C |
| Неоднородность температурного поля в рабочем объеме бани | ±1.0 °C |
| Объем одной ванны | 4 л |
| Рекомендуемый теплоноситель | спирт этиловый |
| Габаритные размеры бани | 695×930×770 мм |
| Открытая часть ванн | Ø185 мм |
| Глубина ванны | 150 мм |
| Масса бани без теплоносителя | 130 кг |
| Потребляемая мощность | 4.2 кВт |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83